Universitätsklinikum Düsseldorf

18.24 – Haut-/Augenklinik, Geriatrie und KMT

Übersicht OP-Leuchten

Stand: 23.07.2026

Ebene	Funktionsteilstelle	UKD Raumnr.	Raumbezeichnung	Gerät / Gegenstand	Bemerkung	LRH	DZR	_Menge neu
E00	Arztdienst Hautklinik	18.24.00.105.00	Eingriffsraum	OP-Leuchte LED, Einzel,ca. 120k Lux, Kameravorbereitung, an SV, deckenhängend	deckenhängend	2,840 m	**1,470 m**	**1**
	Arztdienst Hautklinik	18.24.00.107.00	Eingriffsraum	OP-Leuchte LED, Einzel,ca. 120k Lux, Kameravorbereitung, an SV, deckenhängend	deckenhängend	2,855 m	**1,455 m**	**1**
E00 Ergebnis								**2**
E01	Funktionsbereiche	18.24.01.045.00	Eingriffsraum Haut	OP-Leuchte LED, Einzel,ca. 120k Lux, Kameravorbereitung, an SV, deckenhängend	deckenhängend	3,000 m	**1,310 m**	**1**
	Funktionsbereiche	18.24.01.048.00	Eingriffsraum Haut	OP-Leuchte LED, Einzel,ca. 120k Lux, Kameravorbereitung, an SV, deckenhängend	deckenhängend	3,000 m	**1,310 m**	**1**
	Funktionsbereiche	18.24.01.099.00	OP Augen-Laser (Saal 1)	OP-Leuchte LED, Doppel, 160/120 kLux, Kameravorbereitung, mit Satellit und mit 2x Monitortragarmen, 2x 27"Medical-Grade-Monitor	deckenhängend	3,000 m	**1,310 m**	**1**
	Funktionsbereiche	18.24.01.101.00	OP Augen (Saal 3)	OP-Leuchte LED, Doppel, 160/120 kLux, Kameravorbereitung, mit Satellit und mit 2x Monitortragarmen, 2x 27"Medical-Grade-Monitor	deckenhängend	3,000 m	**1,310 m**	**1**
	Funktionsbereiche	18.24.01.102.00	OP Augen (Saal 2)	OP-Leuchte LED, Doppel, 160/120 kLux, Kameravorbereitung, mit Satellit und mit 2x Monitortragarmen, 2x 27"Medical-Grade-Monitor	deckenhängend	3,000 m	**1,310 m**	**1**
	Funktionsbereiche	18.24.01.105.00	OP Haut	OP-Leuchte LED, Doppel, 160/120 kLux, Kameravorbereitung, mit Satellit und mit 1x Monitortragarmen, 1x 27"Medical-Grade-Monitor	deckenhängend	3,000 m	**1,310 m**	**1**
	Funktionsbereiche	18.24.01.123.00	Eingriffsraum	OP-Leuchte LED, Doppel, 160/120 kLux, Kameravorbereitung, an SV, deckenhängend	deckenhängend	3,000 m	**1,310 m**	**1**
E01 Ergebnis								**7**
Gesamtergebnis								**9**